


Přípravek pro výrobu zkušebních vzorků



Apollo ID: 23544
Datum: 1.12.2008
Typ produktu: G - funkční vzorek
Autoři: Ing. Zdeněk Florian, CSc., Ing. Tomáš Návrát, Ph.D.

Popis a technické parametry

Přípravek slouží pro výrobu zkušebních vzorků z kostního cementu. Přípravek je tvořen dvojdílnou formou. Při naplnění formy vyrobíme šest vzorků s obdelníkovým průřezem o rozměrech 3x4x40 mm. Vzorky jsou určeny pro zkoušku 3-bodvým nebo 4-bodovým ohybem pro určování vstupních parametrů do modelu materiálu.


Vazba na projekt
VAV13250

Umístění
Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
FSI VUT v Brně

Technická 2896/2
Brno 61669

Kontaktní osoba
Ing. Zdeněk Florian, CSc.

Fotografická dokumentace



Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.