


Přípravek pro simulaci extenzního a flexního pohybu



Apollo ID: 23539

Datum: 22.1.2009

Typ produktu: G - funkční vzorek

Autoři: Ing. Zdeněk Florian, CSc., Ing. Tomáš Návrát, Ph.D.

Popis a technické parametry

Byl zkonstruovat jednoúčelový přípravek, který je možné upnout do standardního zkušebního stroje a vzorek v něm upnutý je při klasické tahové zkoušce zatěžován silovými dvojicemi, které simulují, dle konfigurace vzorku vůči přípravku, flexní, extenzní příp. boční ohyb.

Vazba na projekt
VAV13250


Umístění
Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
FSI VUT v Brně
Technická 2896/2

Brno 61669

Kontaktní osoba

Ing. Zdeněk Florian, CSc.

Fotografická dokumentace



Ing. Tomáš Návrát, Ph.D.